

DECLARATION CE DE CONFORMITE CONFORMEMENT

Aux Annexes I et VII DU DECRET N° 95-282 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

(Annexes I et VII de la Directive 93/42 CEE)

ANNEXE I : par l'arrêté du 20 avril 2006 fixant les conditions de mise en œuvre des exigences essentielles applicables aux dispositifs médicaux, pris en application de l'Article R. 5211-24 du code de la santé publique.

ANNEXE VII : par l'arrêté du 20 avril 2006 fixant les règles de classification des dispositifs médicaux, pris en application de l'Article R. 5211-7 du code de la santé publique,

Par l'arrêté du 20 avril 2006 fixant les modalités d'application des procédures de certification de la conformité définies aux articles R. 5211-39 à R. 5211-52, pris en application de l'article R. 5211-53 du code de la santé publique.



Réf TF1-400 A forme Anatomique
Numéro GTIN/UDI-DI : 3760346100839
BASIC UDI-DI : 37603461TF1-400A3G

Réf TF1-400 R forme Rectangulaire
Numéro GTIN/UDI-DI : 3760346100853
BASIC UDI-DI : 37603461TF1-400R4J

Réf TF1-400 T forme Trapèze
Numéro GTIN/UDI-DI : 3760346100860
BASIC UDI-DI : 37603461TF1-400T4N

Réf TF1-400 D forme Décrochement
Numéro GTIN/UDI-DI : 3760346100846
BASIC UDI-DI : 37603461TF1-400D3N

TABLE SIMPLEX LUXE (Plan + Dossier relevable) Réf TF1-400 A/R/D/T

Je soussigné, Monsieur FRANCO Pierre, P.D.G. de la société FRANCO & Fils, Zone Industrielle - RN7 - 58320 POUQUES LES EAUX, assure et déclare que les dispositifs médicaux dont la liste est annexée appartiennent à la classe 1 et satisfont aux dispositions du décret qui leur sont applicables.

De ce fait je m'estime remplir les obligations des exigences essentielles selon les annexes II et VII de la directive 93/42 CEE.

À Pougues Les Eaux, le 12/02/2024

Mr FRANCO Pierre
P.D.G.



SIEGE SOCIAL :
Z.I. NATIONAL 7
58320 POUQUES-LES-EAUX
Tél. 03 86 68 83 22

Fax : 03.72.27.97.26

Site : www.francofils.com

E-mail : info@francofils.com

N° INTRACOMMUNAUTAIRE FR 66691880454 - NAF 3250 A

Certificat de Conformité U.E. défini à l'annexe XII du règlement (UE) 2017/745.

Règlement (UE) 2020/561 [2017/745](#) du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1-175)

TABLE SIMPLEX LUXE (Plan + Dossier relevable) Réf TF1-400 A/R/D/T



Réf TF1-400 A forme Anatomique
Numéro GTIN/UDI-DI : 3760346100839
BASIC UDI-DI : 37603461TF1-400A3G

Réf TF1-400 R forme Rectangulaire
Numéro GTIN/UDI-DI : 3760346100853
BASIC UDI-DI : 37603461TF1-400R4J

Réf TF1-400 T forme Trapèze
Numéro GTIN/UDI-DI : 3760346100860
BASIC UDI-DI : 37603461TF1-400T4N

Réf TF1-400 D forme Décrochement
Numéro GTIN/UDI-DI : 3760346100846
BASIC UDI-DI : 37603461TF1-400D3N

Je soussigné, Monsieur FRANCO Marc Olivier , P.D.G. de la société FRANCO & Fils, Zone Industrielle - RN7 - 58320 POUQUES LES EAUX, assure et déclare que les dispositifs médicaux dont la liste est annexée appartiennent à la classe 1 et satisfont aux dispositions du règlement qui leur sont applicables.

De ce fait je m'estime remplir les obligations des exigences essentielles du règlement (UE) 2017/745

à Pouques Les Eaux, le 12/02/2024




Mr Marc Olivier FRANCO

TABLE SIMPLEX LUXE : A DOSSIER ANATOMIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur mini : 0,39 m
- Hauteur maxi : 0,94 m
- Longueur : 1,95 m
- Largeur tête : 0,60 m
- Largeur pieds : 0,47 m
- Poids : 94 Kg
- Dossier réglable : à 90° par vérin à gaz
- Patins réglables : pour inégalités du sol
- Poids supporté : 160 kg



REF. TF1- 400 A




Réf TF1-400 A forme Anatomique

Numéro GTIN/UDI-DI : 3760346100839 - BASIC UDI-DI : 37603461TF1-400A3G

TABLE SIMPLEX LUXE : A DOSSIER RECTANGULAIRE

CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur mini : 0,39 m
- Hauteur maxi : 0,94 m
- Longueur : 1,95 m
- Largeur tête : 0,60 m
- Poids : 94 Kg
- Dossier réglable : à 90° par vérin à gaz
- Patins réglables : pour inégalités du sol
- Poids supporté : 160 kg



REF. TF1- 400 R




Réf TF1-400 R forme Rectangulaire

Numéro GTIN/UDI-DI : 3760346100853 - BASIC UDI-DI : 37603461TF1-400R4J

TABLE SIMPLEX LUXE : A DOSSIER DECROCHEMENT

CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur mini : 0,39 m
- Hauteur maxi : 0,94 m
- Longueur : 1,95 m
- Largeur tête : 0,60 m
- Largeur pieds : 0,47 m
- Poids : 94 Kg
- Dossier réglable : à 90° par vérin à gaz
- Patins réglables : pour inégalités du sol
- Poids supporté : 160 kg



REF. TF1- 400 D



Modèle présenté avec option TF1-4122
Sellerie tendue


Réf TF1-400 D forme Décrochement

Numéro GTIN/UDI-DI : 3760346100846 - BASIC UDI-DI : 37603461TF1-400D3N

TABLE SIMPLEX LUXE : A DOSSIER TRAPEZE

CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur mini : 0,39 m
- Hauteur maxi : 0,94 m
- Longueur : 1,95 m
- Largeur tête : 0,60 m
- Largeur pieds : 0,47 m
- Poids : 94 Kg
- Dossier réglable : à 90° par vérin à gaz
- Patins réglables : pour inégalités du sol
- Poids supporté : 160 kg



REF. TF1- 400 T



Réf TF1-400 T forme Trapèze

Numéro GTIN/UDI-DI : 3760346100860 - BASIC UDI-DI : 37603461TF1-400T4N